

本日の報告

Tsuyoshi Takada

2020年5月19日 8:00

To:

Cc:

様、お世話になります。
ご確認ありがとうございました。

来週以降に行う設定温度での実験の際には、
「加熱時間が短いから温度が出ていないのだ」と言われないように
160℃未満である箇所については、均衡に達しているかを慎重に見極めて
少し長めに加熱時間をとった方がよさそうですね。

また、測定口は警察が見落としているポイントですので、

- ・測定口の温度が上がらないこと、
 - ・測定口に粉体が堆積すること（従ってこの温度が十分に上がらないと滅菌殺菌できないこと）
- を、しっかりと証拠化したいところです。

よろしく願いいたします。

高田

弁護士 高田 剛
和田倉門法律事務所

2020年5月19日(火) 7:20

[元のメッセージ非表示]